RISPOSTE AI Q U E S I T I

FILE AGGIORNATO AL 04/11/2026

D1. Quesiti diversi relativi ai requisiti di partecipazione alla gara.

R1. Si evidenzia che la Stazione appaltante, ai fini di garantire l'imparzialità di trattamento dei concorrenti, non esprime consulenze, pareri o valutazioni in ordine a casi specifici relativi a modalità di copertura dei requisiti di partecipazione, per concorrenti singoli, in raggruppamento o che facciano ricorso all'avvalimento, definiti in coerenza alle disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

D2. Si trasmettono di seguito richieste di chiarimenti in riferimento alla procedura in oggetto:

1) **Si chiede di rendere disponibile in formato Excel modificabile la Tabella prezzi unitari e totali" e, ove possibile, di prevedere nella medesima appositi campi per l'indicazione separata dei canoni di noleggio e di assistenza tecnica, almeno per il sistema MALDI.**
2) **Si chiede di confermare la possibilità di aggiungere righe alla "Tabella prezzi unitari e totali" qualora quelle previste non siano sufficienti a ricomprendere tutti i reagenti, materiali e prodotti necessari all'esecuzione dei test richiesti**
3) **Si chiede di confermare se verrà messo a disposizione un modello Excel ad hoc per il dettaglio dell'offerta economica o, in alternativa, se sia consentito presentare un proprio prospetto Excel, al fine di garantire una corretta compilazione dell'offerta e l'omogeneità delle proposte economiche presentate dai concorrenti.**

R2. Di seguito le risposte:

1) Per evitare l'eventuale modifica da parte dei concorrenti degli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, non è possibile rendere disponibile la documentazione di gara in altro formato.
   In ogni caso, al fine di consentire ai concorrenti la predisposizione di una offerta il più possibile completa, è stato predisposto e pubblicato tra i documenti di gara un nuovo Modello denominato "**Tabella prezzi unitari e totali – REV1**" che prevede anche l'indicazione dell'importo annuo e totale del noleggio del sistema MALDI-TOF, comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica.
2) Non è possibile aggiungere righe all'offerta della "Tabella prezzi unitari e totali – REV1", eventuali integrazioni potranno essere riportate nel documento di dettaglio da allegare all'offerta dei reagenti, materiali e prodotti offerti con indicazione del prezzo unitario/confezione e del numero di confezioni necessarie a soddisfare il fabbisogno annuale sulla base del numero complessivo dei test previsti in Capitolato Speciale. **In tale documento i concorrenti dovranno riportare anche i prezzi unitari/confezione dei prodotti necessari alle identificazioni del sistema MALDI-TOF**
3) Il concorrente potrà integrare la "Tabella prezzi unitari e totali – REV1" predisposta dalla Stazione Appaltante allegando un proprio prospetto a migliore dettaglio dell'offerta presentata.

D3. Si evidenzia che l'art. 4.2 "Revisione prezzi" del disciplinare di gara richiama l'art. 192 del Codice che riguarda i contratti di concessione, disposizione estranea all'appalto in questione.

R3. Si conferma che trattasi di un refuso. La revisione prezzi del presente appalto è disciplinata dall'art. 60 del Codice.

D4. Si chiede, in merito a quanto previsto a pag. 4 del Capitolato Speciale relativamente alla fornitura di "una centrifuga con velocità non inferiore a 12.000 rpm," di specificare con maggior dettaglio le caratteristiche tecniche richieste, indicando in particolare la tipologia e il volume delle provette da processare, l'eventuale requisito di refrigerazione, il numero di campioni/test processati giornalmente, la capacità minima richiesta e ogni altro requisito tecnico ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta individuazione dell'apparecchiatura da offrire.

R4. In merito alle caratteristiche della centrifuga si precisa quanto segue:

- velocità >/= 12.000 rpm
- n.° posizioni >/= 12
- non refrigerata
- volume provette: da 0,2 mL a 2 mL